

SOLCA NÚCLEO DE LOJA

CONCURSO N°200-2023

SEGUNDA INVITACIÓN

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, Solca Núcleo de Loja, invita a las personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país y legalmente capacitadas a participar en el **CONCURSO DE COMPARACIÓN DE OFERTAS PARA ADQUISICIÓN DE:**

EQUIPAMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL ÁREA DE MEDICINA NUCLEAR

Condiciones Generales:

- SOLCA Núcleo de Loja puede declarar desierto el proceso en caso de no convenir a los intereses institucionales.
- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Reglamento Interno para la Adquisición de Bienes, Fármacos, Insumos y Equipos Médicos, Contratación de Obras y Prestación de Servicios incluidos los de Consultoría para SOLCA Núcleo de Loja.
- Solca Núcleo de Loja puede solicitar aclaraciones de las ofertas previo a la adjudicación
- **Forma de pago:** contra entrega
- **Plazo de entrega:** La oferta debe ser enviada al correo electrónico: ofertas.solcaloja@gmail.com, hasta las 13H00 del **19 de diciembre 2023**. No se recibirán ofertas fuera del plazo y hora indicada

Requerimientos generales de la oferta:

- Oferta a nombre de: SOLCA NÚCLEO DE LOJA, Ruc:1191707970001
 - Nombre del oferente
 - Detallar nombre completo de representante legal de la empresa, apoderado o persona natural.
 - Adjuntar copia del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C).
 - Detallar dirección completa, números telefónicos: convencional- móvil y correo electrónico.
 - La oferta debe estar firmada por el oferente (personas naturales), su representante legal o apoderado, caso contrario será desestimada.
1. El oferente debe detallar el precio total de la oferta sin IVA y más IVA, considerando que Solca Núcleo Loja no contempla reajuste de precios luego de la adjudicación y los precios unitarios incluyendo todos los decimales que emplea.
 2. La institución no cubrirá costos adicionales por traslado o transporte de los bienes a adquirir, por tal motivo el valor debe estar inmerso en el costo ofertado.
 3. La oferta debe ser presentada con toda la información solicitada, adjuntando la documentación soporte correspondiente.

Condiciones generales de la adjudicación:

El presente proceso contempla la posibilidad de la adjudicación parcial (uno o varios suministros) o total, según convenga a los intereses institucionales.

Requerimientos específicos de la oferta:

Es obligatorio que el oferente proporcione toda la información solicitada en la siguiente matriz:

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	A LLENAR POR OFERENTE
EMPRESA	
RUC:	
Email:	
Teléfono:	
PRODUCTO: FUENTE PATRON PARA WELL COUNTER	
Especificaciones: <ul style="list-style-type: none">• Isótopo Cs137• Actividad: 0.1 a 1uCi• Compatible con well counter CRC-55T• Certificado de calibración	
Marca:	
Procedencia:	
Plazo de entrega:	
Garantía:1 año	
Validez de la oferta: 60 días	
Cantidad: 1 unidad	
Valor unitario. (INCLUIR TODOS LOS DECIMALES A UTILIZAR)	
Valor total sin IVA	
Indicar si aplica IVA	

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	A LLENAR POR OFERENTE
EMPRESA	
RUC:	
Email:	
Teléfono:	
PRODUCTO: KIT DE CONTROL DE CALIDAD DE SESTAMIBI	
Especificaciones: <ul style="list-style-type: none">• Kit de 5 viales para hacer control de calidad de la marcación del 99mTc-sestamibi.• Compatible con mibichек VECCSA• Contar con registro sanitario• Certificación ISO• Fecha de caducidad no menor a 1 año desde la fecha de entrega	
Registro Sanitario:	
Marca:	
Procedencia:	

Plazo de entrega:	
Garantía:1 año	
Validez de la oferta: 60 días	
Cantidad: 5 unidades	
Valor unitario. (INCLUIR TODOS LOS DECIMALES A UTILIZAR)	
Valor total sin IVA	
Indicar si aplica IVA	

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	A LLENAR POR OFERENTE
EMPRESA	
RUC:	
Email:	
Teléfono:	
PRODUCTO: KIT DE CROMOTRAFÍA PARA CONTROL DE ALUMINIO EN ELUATO DE TECNECIO 99M PREPARADO A PARTIR DE MOLIBDENO 99.	
Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Kit de 50 tiras indicadoras • Estándar de aluminio, ≤10 microgramos por mililitro (10µg/ml) • Contar con registro sanitario • Certificación ISO • Fecha de caducidad no menor a 1 año desde la fecha de entrega 	
Registro Sanitario:	
Marca:	
Procedencia:	
Plazo de entrega:	
Garantía:1 año	
Validez de la oferta: 60 días	
Cantidad: 2 unidades	
Valor unitario. (INCLUIR TODOS LOS DECIMALES A UTILIZAR)	
Valor total sin IVA	
Indicar si aplica IVA	

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	A LLENAR POR OFERENTE
EMPRESA	
RUC:	
Email:	
Teléfono:	
PRODUCTO: CONTROL CHROMOTOGRAPHY DE PRUEBA LA PUREZA RADIOQUÍMICA DE	

RADIOFARMACEUTICA ESPECIFICA ETIQUETADA CON Tc-99m.	
Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Control de calidad para MAG3 • Cetona , (grado HPLC) • Cloroformo 99,8% • Tetrahidrofurano 99% • 150-951: tiras, lima, 50 por paquete • 150-952: tiras, melocotón, 50/ paquete • Contar con registro sanitario • Certificación ISO • Fecha de caducidad no menor a 1 año desde la fecha de entrega 	
Registro Sanitario:	
Marca:	
Procedencia:	
Plazo de entrega:	
Garantía:1 año	
Validez de la oferta: 60 días	
Cantidad: 1 unidad	
Valor unitario. (INCLUIR TODOS LOS DECIMALES A UTILIZAR)	
Valor total sin IVA	
Indicar si aplica IVA	

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	A LLENAR POR OFERENTE
EMPRESA	
RUC:	
Email:	
Teléfono:	
PRODUCTO: CONTROL CHROMOTOGRAPHY DE PRUEBA LA PUREZA RADIOQUÍMICA DE RADIOFARMACEUTICA ESPECIFICA ETIQUETADA CON Tc-99m.	
Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Control de calidad para MDP • Cetona , (grado HPLC) H2O DESTILADA • 150-101: tiras, rojas, 50 por paquete • 150-005: tiras, negras, 50 por paquete • Contar con registro sanitario • Certificación ISO • Fecha de caducidad no menor a 1 año desde la fecha de entrega 	
Registro Sanitario:	
Marca:	
Procedencia:	
Plazo de entrega:	
Garantía:1 año	
Validez de la oferta: 60 días	

Cantidad: 2 unidades	
Valor unitario. (INCLUIR TODOS LOS DECIMALES A UTILIZAR)	
Valor total sin IVA	
Indicar si aplica IVA	

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	A LLENAR POR OFERENTE
EMPRESA	
RUC:	
Email:	
Teléfono:	
PRODUCTO: CONTROL CHROMOTOGRAPHY DE PRUEBA LA PUREZA RADIOQUÍMICA DE RADIOFARMACEUTICA ESPECIFICA ETIQUETADA CON Tc-99m.	
Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Control de calidad para DMSA • Acetona (grado HPLC) 150-025: tiras, amarillas, 50 por paquete • Contar con registro sanitario • Certificación ISO • Fecha de caducidad no menor a 1 año desde la fecha de entrega 	
Registro Sanitario:	
Marca:	
Procedencia:	
Plazo de entrega:	
Garantía: 1 año	
Validez de la oferta: 60 días	
Cantidad: 1 unidad	
Valor unitario. (INCLUIR TODOS LOS DECIMALES A UTILIZAR)	
Valor total sin IVA	
Indicar si aplica IVA	

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	A LLENAR POR OFERENTE
EMPRESA	
RUC:	
Email:	
Teléfono:	
PRODUCTO: CONTROL CHROMOTOGRAPHY DE PRUEBA LA PUREZA RADIOQUÍMICA DE RADIOFARMACEUTICA ESPECIFICA ETIQUETADA CON Tc-99m.	

Especificaciones:	
<ul style="list-style-type: none"> Control de calidad para DTPA Acetona (grado HPLC) H2O destilada 150-001: tiras, rojas, 50 por paquete 150-005: tiras, negras, 50 por paquete 	
Marca:	
Procedencia:	
Plazo de entrega:	
Garantía:1 año	
Validez de la oferta: 60 días	
Cantidad: 1 unidad	
Valor unitario. (INCLUIR TODOS LOS DECIMALES A UTILIZAR)	
Valor total sin IVA	
Indicar si aplica IVA	

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	A LLENAR POR OFERENTE
EMPRESA	
RUC:	
Email:	
Teléfono:	
PRODUCTO: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RADIOAEROSOLES VENTISCAN IV.	
Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> El kit con bloqueo automáticamente en su posición. Conexión de oxígeno de un solo paso al puerto externo dedicado. Alineación precisa de los puertos de inyección Eliminación del kit usado con un botón Blindaje de plomo completamente cerrado de arriba abajo Filtro contorneado para una mayor eficiencia de atrapamiento y una respiración sin resistencia Eficiencia de captura superior al 99,9% Diseño de deflector pequeño que garantice una distribución homogénea Tamaño medio de partícula= 0,50 micras Ligero y portátil, peso máximo 8 lb Baffle dentro del nebulizador para producir un tamaño óptimo de partícula Filtro contorneado para atrapar la humedad. 	
Marca:	
Procedencia:	
Plazo de entrega:	
Garantía:1 año	

Validez de la oferta: 60 días	
Cantidad: 1 unidad	
Valor unitario. (INCLUIR TODOS LOS DECIMALES A UTILIZAR)	
Valor total sin IVA	
Indicar si aplica IVA	

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	A LLENAR POR OFERENTE
EMPRESA	
RUC:	
Email:	
Teléfono:	
PRODUCTO: KIT DE VENTILACIÓN PULMONAR – VENTI SCAN	
Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con sistema de administración de radioaresoles VentiScan IV • Filtro contorneado para una mayor eficiencia de atrapamiento y una respiración sin resistencia • Eficiencia de captura superior al 99.9% • Diseño de reflector pequeño que garantice una distribución homogénea • Tamaño medio de partícula= 0.50 micras • Baffle dentro del nebulizador para producir un tamaño óptimo de partícula • Filtro contorneado para atrapar la humedad. 	
Marca:	
Procedencia:	
Plazo de entrega:	
Garantía:1 año	
Validez de la oferta: 60 días	
Cantidad: 3 unidades	
Valor unitario. (INCLUIR TODOS LOS DECIMALES A UTILIZAR)	
Valor total sin IVA	
Indicar si aplica IVA	

Loja, 12 de diciembre 2023.

**PRESIDENTE EJECUTIVO
SOLCA NÚCLEO DE LOJA**