

SOLCA NÚCLEO DE LOJA

CONCURSO N°250-2025

INVITACIÓN

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, Solca Núcleo de Loja, invita a las personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país y legalmente capacitadas a participar en el **CONCURSO DE COMPARACIÓN DE OFERTAS PARA ADQUISICIÓN DE:**

EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA PATOLOGÍA, SOLICITUD DE COMPRA 11161.

Condiciones Generales:

- SOLCA Núcleo de Loja puede declarar desierto el proceso en caso de no convenir a los intereses institucionales.
- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Reglamento Interno para la Adquisición de Bienes, Fármacos, Insumos y Equipos Médicos, Contratación de Obras y Prestación de Servicios incluidos los de Consultoría para SOLCA Núcleo de Loja.
- Solca Núcleo de Loja puede solicitar aclaraciones de las ofertas previo a la adjudicación
- **Forma de pago:** Contra entrega.
- **Plazo de entrega:** Las ofertas se presentará en sobre cerrado y debidamente sellado (identificando el # de concurso al que participa), en la Secretaría General de la Institución, ubicada en la ciudad de Loja, Av. Salvador Bustamante Celi y Agustín Carrión, esquina, sector Jipiro, hasta las **13H00 del 31 de octubre de 2025**. No se recibirán ofertas fuera del plazo y hora indicada.

Requerimientos generales de la oferta:

- o Oferta a nombre de: SOLCA NÚCLEO DE LOJA, Ruc:1191707970001
- o Nombre del oferente
- o Detallar nombre completo de representante legal de la empresa, apoderado o persona natural.
- o Adjuntar copia del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C).
- o Detallar dirección completa, números telefónicos: convencional-móvil y correo electrónico.
- o La oferta debe estar firmada por el oferente (personas naturales), su representante legal o apoderado, caso contrario será desestimada.

1. El oferente debe detallar el precio total de la oferta sin IVA y más IVA, considerando que Solca Núcleo Loja no contempla reajuste de precios luego de la adjudicación y los precios unitarios incluyendo todos los decimales que emplea.
2. La institución no cubrirá costos adicionales por traslado o transporte de los bienes a adquirir, por tal motivo el valor debe estar inmerso en el costo ofertado.

3. La oferta debe ser presentada con toda la información solicitada, adjuntando la documentación soporte correspondiente.

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA OFERTA:

Es obligatorio que el oferente proporcione toda la información solicitada en la siguiente matriz:

REQUERIDO	OFERTADO
Nombre de la empresa:	
Dirección:	
RUC:	
Teléfono:	
Correo electrónico:	
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SIERRA ELÉCTRICA PARA AUTOPSIAS.	
Marca:	
Modelo:	
Procedencia:	
Año de manufactura:	
Condiciones generales requeridas (obligatorio detallar todas)	
Certificado de Equipo nuevo no remanufacturado ni repotenciado	
Garantía equipo	
Soporte de mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica gratuita (Durante la garantía)	
Tiempo de respuesta (no mayor a 24 horas) / contar con personal calificado	
Horario de cobertura para servicio técnico y soporte	
Sustitución sin costo de partes, repuestos y/o accesorios por defecto de fábrica durante el periodo de Garantía Técnica, y Disponibilidad de repuestos, partes, y/o accesorios durante el tiempo de vida útil.	
Tiempo mínimo de vida útil de los equipos (mínimo 10 años a partir de la recepción definitiva)	
Reemplazo total del equipo por uno nuevo de iguales o mejores características (especificaciones técnicas) por defectos de fabricación o funcionamiento	
Provisión de un equipo de iguales o mejores características (especificaciones técnicas) en el caso que se deba realizar	

una reparación que implique el retiro del adquirido de las instalaciones de SOLCA Loja.	
Catálogo con especificaciones del equipo	
Compromiso de entrega de Manuales de uso y operación	
El proveedor adjudicado se encargará de la entrega, instalación y puesta en funcionamiento del equipo en SOLCA LOJA	
El proveedor adjudicado se encargará de la capacitación al personal que va a operar el equipo	
Programa de mantenimiento preventivo, y correctivo, indicar el número de visitas a realizar durante la garantía técnica.	
Especificaciones técnicas requeridas (obligatorio detallar todas)	
Debe ser adecuada para los siguientes usos: • Adecuada para cortes en hueso, por ejemplo, para quitar el casquete craneal y realizar cortes precisos en el cráneo y otros huesos durante la autopsia. • Para seccionar huesos o muestras óseas de pequeño tamaño, con cortes precisos. • Apropiada para cortes de huesos en general, sean estos cortes lineales y segmentación de pequeñas muestras óseas, útil en diversas aplicaciones médicas y científicas.	
Sierra fabricada en acero inoxidable o materiales resistentes a la corrosión	
Construcción Robusta: La carcasa debe ser de aluminio mecanizado, acero o materiales duraderos (resistente a la corrosión) para ayudar a disipar el calor y reducir el nivel de ruido durante su uso.	
Debe incluir interruptor de Encendido/Apagado Resistente.	
La sierra debe ser de fácil manejo y su interruptor debe ser resistente a caídas.	
Oscilaciones de alta velocidad a 28,000 CPM (mínimo)	
Ciclo de trabajo de 18,414 rpm: 15 min encendido/20 min apagado (mínimo)	
Cable eléctrico de 3 metros (mínimo) con enchufe de grado hospitalario	
Detallar los accesorios que incluye el equipo:	

Indicar el requerimiento eléctrico necesario para operar el equipo:	
Ficha técnica: enviar obligatorio.	
Garantía: (entrará en vigor a partir de la suscripción del acta entrega recepción entre el administrador del contrato por parte de SOLCA LOJA y el contratista)	
Plazo de entrega:	
Validez de la oferta: 90 días	
Forma de pago: contra entrega	
Cantidad: 1	
Precio unitario sin IVA:	
Precio total sin IVA:	
Indicar si aplica IVA	

REQUERIDO	OFERTADO
Nombre de la empresa:	
Dirección:	
RUC:	
Teléfono:	
Correo electrónico:	
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN DESTILADOR AUTOMÁTICO DE AGUA 3.5 A 4 LITROS POR HORA.	
Marca:	
Modelo:	
Procedencia:	
Año de manufactura:	
Condiciones generales requeridas (obligatorio detallar todas)	
Certificado de Equipo nuevo no remanufacturado ni repotenciado	
Garantía ofertada para el equipo:	
Soporte de mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica gratuita (Durante la garantía)	
Tiempo de respuesta (no mayor a 24 horas) / contar con personal calificado	
Horario de cobertura para servicio técnico y soporte	
Sustitución sin costo de partes, repuestos y/o accesorios por defecto de fábrica	

durante el periodo de Garantía Técnica, y Disponibilidad de repuestos, partes, y/o accesorios durante el tiempo de vida útil.	
Tiempo mínimo de vida útil del equipo:	
Reemplazo total del equipo por uno nuevo de iguales o mejores características (especificaciones técnicas) por defectos de fabricación o funcionamiento	
Provisión de un equipo de iguales o mejores características (especificaciones técnicas) en el caso que se deba realizar una reparación que implique el retiro del adquirido de las instalaciones de SOLCA Loja.	
Catálogo con especificaciones del equipo	
Compromiso de entrega de Manuales de uso y operación	
El proveedor adjudicado se encargará de la entrega, instalación y puesta en funcionamiento del equipo en SOLCA LOJA	
El proveedor adjudicado se encargará de la capacitación al personal que va a operar el equipo	
Programa de mantenimiento preventivo, y correctivo, indicar el número de visitas a realizar durante la garantía técnica.	
Especificaciones técnicas requeridas (obligatorio detallar todas)	
Equipo cuya función principal es producir y reservar agua destilada de forma automática.	
Capacidad de destilación: 3,5 – 4 litros / hora (mínimo)	
Detallar el tamaño del tanque de ebullición (20 x 20 x 30cm referencial)	
Detallar el tamaño del tanque de ebullición tanque de almacenamiento de agua destilada (27,5 x 27,5 x 40cm referencial)	
Capacidad del tanque de recolección de agua destilada: 20 lts (mínimo)	
El equipo debe contar con alertas o indicadores para las 3 funciones: • De destilación • De seguridad por sobrecalentamiento y • De tanque de reserva lleno.	
La estructura interna del equipo y todas aquellas partes que entran en contacto con	

el agua deben ser fabricadas en acero inoxidable sanitario, resistente a la corrosión.	
El equipo debe contar con sensor automático de nivel de agua en el tanque de almacenamiento, a fin de que este pueda detenerse en cuanto se detecte que el tanque está lleno.	
El equipo debe contar con filtro para retención de impurezas.	
El equipo debe poseer una llave dispensadora de agua destilada	
El equipo debe contar con el componente de corte y apagado automático por falta de suministro de agua.	
Indicar el requerimiento eléctrico necesario para operar el equipo:	
Ficha técnica: enviar obligatorio.	
Garantía: (entrará en vigor a partir de la suscripción del acta entrega recepción entre el administrador del contrato por parte de SOLCA LOJA y el contratista)	
Plazo de entrega:	
Validez de la oferta: 90 días	
Forma de pago: contra entrega	
Cantidad: 1	
Precio unitario sin IVA:	
Precio total sin IVA:	
Indicar si aplica IVA	

DATOS	DATOS PARA LLENAR POR EL OFERENTE
EMPRESA	
RUC	
Dirección:	
Teléfono:	
Correo electrónico:	
ADQUISICIÓN DE MOLDES DE BASE METÁLICA 15 X 15.	
Descripción: moldes de base metálicos que permitan posicionar e incrustar tejido en cera al utilizar casetes de rutina o de biopsia.	
Estos moldes de base reutilizables deben estar fabricados en acero inoxidable y sus esquinas internas redondeadas para	

facilitar la extracción del bloque de cera formado.	
Deben ser aptos para utilizar en todos los casetes de tamaño estándar.	
MARCA:	
MODELO:	
PROCEDENCIA:	
Registro sanitario:	
Ficha técnica: si enviar obligatorio.	
FORMA DE PAGO: Contra entrega	
GARANTÍA:	
TIEMPO DE ENTREGA:	
VALIDEZ DE LA OFERTA: 90 DÍAS	
CANTIDAD: 24 unidades	
PRECIO UNITARIO SIN IVA : (detallar el precio de cada mueble).	
PRECIO TOTAL SIN IVA (INCLUIR TODOS LOS DECIMALES A UTILIZAR)	
INDICAR SI APLICA IVA	

Nota: estas matrices deben ser enviadas impresas en físico dentro de la oferta debidamente firmada y grabada digitalmente en algún dispositivo tal como: cd, dvd o dispositivo USB en formato editable Excel o Word.

Condiciones del adjudicatario:

- El adjudicatario entregará los manuales de uso y manejo del equipo traducidos al español (aplica para sierra eléctrica y destilador).
- El adjudicatario se encargará de la entrega, instalación y puesta en funcionamiento del equipo en las instalaciones de SOLCA NÚCLEO DE LOJA (aplica para sierra eléctrica y destilador).
- El adjudicatario emitirá la factura luego de la firma del acta entrega recepción (aplica para sierra eléctrica y destilador).
- El adjudicatario se encargará de brindar asesoría y capacitación al personal que operará el equipo (aplica para sierra eléctrica y destilador).

Loja, 24 de octubre de 2025.

**Ing. Luis Alejandro Reyes V.
PRESIDENTE
SOLCA NÚCLEO DE LOJA.**