

SOLCA NÚCLEO DE LOJA

CONCURSO N°059-2026

INVITACIÓN

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, Solca Núcleo de Loja, invita a las personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país y legalmente capacitadas a participar en el **CONCURSO DE COMPARACIÓN DE OFERTAS PARA PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE:**

2 DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA) desfibrilador portátil

Condiciones Generales:

- SOLCA Núcleo de Loja puede declarar desierto el proceso en caso de no convenir a los intereses institucionales.
- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Reglamento Interno para la Adquisición de Bienes, Fármacos, Insumos y Equipos Médicos, Contratación de Obras y Prestación de Servicios incluidos los de Consultoría para SOLCA Núcleo de Loja.
- Solca Núcleo de Loja puede solicitar aclaraciones de las ofertas previo a la adjudicación
- **Forma de pago:** contra entrega
- **Plazo de entrega:** Las ofertas (original y copia) se presentarán en **sobre cerrado** y debidamente sellado, **en la Secretaría General** de la Institución, ubicada en la ciudad de Loja, Av. Salvador Bustamante Celi y Agustín Carrión, esquina, sector Jipiro, hasta las 13H00 del **04 de marzo de 2026**. No se recibirán ofertas fuera del plazo y hora indicada.

Requerimientos generales de la oferta:

- o Oferta a nombre de: SOLCA NÚCLEO DE LOJA, Ruc:1191707970001
 - o Nombre del oferente
 - o Detallar nombre completo de representante legal de la empresa, apoderado o persona natural.
 - o Adjuntar copia del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C).
 - o Detallar dirección completa, números telefónicos: convencional- móvil y correo electrónico.
 - o La oferta debe estar firmada por el oferente (personas naturales), su representante legal o apoderado, caso contrario será desestimada.
1. El oferente debe detallar el precio total de la oferta sin IVA y más IVA, considerando que Solca Núcleo Loja no contempla reajuste de precios luego de la adjudicación y los precios unitarios incluyendo todos los decimales que emplea.
 2. La institución no cubrirá costos adicionales por traslado o transporte, por tal motivo el valor debe estar inmerso en el costo ofertado.
 3. La oferta debe ser presentada con toda la información solicitada, adjuntando la documentación soporte correspondiente.

Requerimientos específicos de la oferta:

Es obligatorio que el oferente proporcione toda la información solicitada en la siguiente matriz:

REQUERIDO	OFERTADO
EMPRESA	
RUC	
CORREO ELECTRÓNICO:	
TELÉFONO:	
PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 2 DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA) desfibrilador portátil	
MARCA:	
MODELO:	
PROCEDENCIA:	
AÑO DE FABRICACIÓN:	
Vida útil del equipo: mínimo 10 años.	
Especificaciones técnicas:	
-Peso total menor o igual a 8kg.	
-Paletas para adulto y pediátricas. Resolución 300pp.	
-Pantalla 4.5'' mínimo.	
- Gráfica de onda 3 canales de ECG y display.	
-Cable troncal ECG	
-50 electrodos descartables.	
-Un frasco de gel conductor.	
- Rollos de papel termosensible (enviar ficha técnica del papel)	
Monitorización de constantes vitales, incluidos ECG, respiración y saturación de oxígeno	
Línea de voltaje 100 a 240V	
Onda de desfibrilación bifásica, con energía de +/-2J o 15%.	
Carga en menos de 8 segundos hasta 360 Jouls	
Monitor de ECG	
El equipo debe incluir lo siguiente: 1. Batería recargable 2. Cable de poder 3. Repuestos comunes disponibles 4. Manual de operaciones 5. Sensor de dedo para saturación de oxígeno 6. Cable de conexión de saturación de oxígeno 7. Par de Pads descartables para marcapasos externo adulto/ pediátrico 8. Un cable adaptador/conector para marcapaso externo 9. Un cable de conexión 3/6 leads.	
FICHA TÉCNICA DEL DESFIBRILADOR: SI OBLIGATORIO ENVIAR	

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA	
GARANTÍA: 1 AÑO (mínimo) La garantía entrará en vigor a partir de la entrega del equipo en las instalaciones de SOLCA LOJA y puesto en funcionamiento. Detallar en la garantía: 1. Número de visitas por mantenimiento a realizar . 2. Horario de cobertura para servicio técnico y soporte (indicar horario, tiempo de respuesta y días de disponibilidad para contacto) 3. Soporte de mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica gratuita (Durante la garantía)(indicar medios de contacto) 4. Compromiso de disponibilidad de repuestos, partes, y/o accesorios durante el tiempo de vida útil. El cambio de repuestos durante la vigencia de la garantía técnica debe ser gratuito. 5. Reemplazo total del equipo por uno nuevo de iguales o mejores características (especificaciones técnicas) por defectos de fabricación o funcionamiento 6. Provisión de un equipo de iguales o mejores características (especificaciones técnicas) en el caso que se deba realizar una reparación que implique el retiro del adquirido de las instalaciones de SOLCA Loja (durante la vigencia de la garantía técnica)	
TIEMPO DE ENTREGA:	
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS	
CANTIDAD: 2 EQUIPOS	
VALOR UNITARIO SIN IVA:	
VALOR TOTAL SIN IVA:	
INDICAR SI APLICA IVA	

Condiciones de la adjudicación:

1. El adjudicatario deberá entregar un certificado de Equipo nuevo no remanufacturado ni repotenciado.
2. El adjudicatario entregará el catálogo y/o manuales de uso y operación del equipo.
3. El adjudicatario entregará la garantía técnica original del equipo.
4. El adjudicatario se encargará de la entrega, instalación y puesta en funcionamiento del equipo en SOLCA LOJA.
5. El adjudicatario se encargará de la capacitación y entrenamiento sobre uso del equipo al personal que operará el mismo.

Loja, 23 de febrero de 2026.

Ing. Luis Alejandro Réyes Vélez.
PRESIDENTE EJECUTIVO
SOLCA NÚCLEO DE LOJA.