

## SOLCA NÚCLEO DE LOJA

### CONCURSO N°026-2026

#### SEGUNDA INVITACIÓN

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, Solca Núcleo de Loja, invita a las personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país y legalmente capacitadas a participar en el **CONCURSO DE COMPARACIÓN DE OFERTAS PARA:**

#### ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR DE 600LT PARA SOLCA NÚCLEO DE LOJA

##### Condiciones Generales:

- SOLCA Núcleo de Loja puede declarar desierto el proceso en caso de no convenir a los intereses institucionales.
- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Reglamento Interno para la Adquisición de Bienes, Fármacos, Insumos y Equipos Médicos, Contratación de Obras y Prestación de Servicios incluidos los de Consultoría para SOLCA Núcleo de Loja.
- El presente proceso contempla la posibilidad de la adjudicación parcial (uno o varios productos ofrecidos) o total, según convenga a los intereses institucionales.
- Solca Núcleo de Loja puede solicitar aclaraciones de las ofertas previo a la adjudicación.
- **Plazo de entrega:** Las ofertas se recibirán en el correo institucional [ofertas.solcaloja@gmail.com](mailto:ofertas.solcaloja@gmail.com) o de manera presencial en las oficinas de Adquisiciones del hospital de SOLCA Núcleo de Loja hasta las **13H00 del 11 de febrero de 2026**. No se recibirán ofertas fuera del plazo y hora indicada.

##### Requerimientos generales de la oferta:

- Oferta a nombre de: SOLCA NÚCLEO DE LOJA, Ruc:1191707970001
- Nombre del oferente
- Detallar nombre completo del representante legal de la empresa, apoderado o persona natural.
- Adjuntar copia del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C).
- Detallar dirección completa, números telefónicos: convencional- móvil y correo electrónico.
- **La oferta debe estar firmada** por el oferente (personas naturales), su representante legal o apoderado, **caso contrario será desestimada.**

1. El oferente debe detallar el precio total de la oferta sin IVA e indicar si aplica IVA, considerando que Solca Núcleo Loja no contempla reajuste de precios luego de la adjudicación y el precio unitario incluyendo todos los decimales que emplea.
2. La institución no cubrirá costos adicionales por traslado o transporte, por tal motivo el valor debe estar inmerso en el costo ofertado.
3. La oferta debe ser presentada con toda la información solicitada, adjuntando la documentación soporte correspondiente.

##### **Condiciones generales de la adjudicación:**

El presente proceso contempla la posibilidad de la adjudicación parcial (uno o varios suministros) o total, según convenga a los intereses institucionales.

El adjudicatario junto con los insumos entregará la carta de compromiso de canje de productos.

##### **Requerimientos específicos de la oferta:**

Es **OBLIGATORIO** que el oferente proporcione toda la información solicitada en la siguiente matriz en formato WORD, que se adjunta a la invitación:

| ESPECIFICACIONES REQUERIDAS | A LLENAR POR OFERENTE |
|-----------------------------|-----------------------|
|-----------------------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| RUC:                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Email:                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Teléfono:                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>REFRIGERADOR</b>                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Rango de temperatura:</b> típicamente 2 °C a 8 °C, estándar para almacenaje de vacunas y medicamentos sensibles                                                                                                                                |  |
| <b>Controlador electrónico con pantalla digital para monitoreo en tiempo real.</b>                                                                                                                                                                |  |
| <b>Control de temperatura:</b> Preciso y estable, con un margen de error de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ( $\pm 1^{\circ}\text{F}$ )                                                                                                                 |  |
| <b>Uniformidad de temperatura:</b> La temperatura debe ser uniforme en todo el interior del congelador, con una variación máxima de $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ( $\pm 2^{\circ}\text{F}$ )                                                           |  |
| <b>Capacidad:</b> mínimo de 600 litros                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Sistema de refrigeración:</b> Compresor eficiente y silencioso.                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Seguridad:</b> Cerradura de seguridad, alarma de temperatura y sistema de respaldo de energía (batería o generador)                                                                                                                            |  |
| <b>Monitoreo y registro:</b> Registro de temperatura y humedad, con opciones de alarma                                                                                                                                                            |  |
| <b>Detallar la adecuación eléctrica que el equipo requiere para funcionar.</b>                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Marca:</b>                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Modelo:</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Procedencia:</b>                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Año de fabricación:</b>                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Registro Sanitario: (si es que aplica)</b>                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Plazo de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Garantía: 1 año</b><br>· La garantía técnica será considerada a partir de la recepción definitiva del bien en las instalaciones de Solca Núcleo de Loja.<br>· La garantía técnica brindará cobertura a fallas o vicios ocultos de fabricación. |  |
| <b>Enviar ficha técnica: Si, obligatorio.</b><br>· La ficha técnica debe detallar especificaciones , así como también imágenes internas y externas del refrigerador.                                                                              |  |
| <b>Validez de la oferta:</b> 60 días                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Cantidad:</b> 1 refrigerador                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Precio unitario sin IVA:</b>                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Precio total sin IVA:</b>                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Indicar si aplica IVA</b>                                                                                                                                                                                                                      |  |

Loja, 06 de febrero de 2026

Ing. Luis Reyes Vélez.  
 Presidente  
 SOLCA NÚCLEO DE LOJA